

Ostrów Wielkopolski dn., 12-04-2016

Otrzymują:

- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Znak sprawy FDZP.226.09.2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 – „Introducery do tętnicy udowej.” w punkcie nr 2” Introducery do tętnicy udowej długie** dopuści do zaoferowania introducery dostępne w rozmiarach od 6F do 9F i nieposiadające igły w zestawie, oraz spełniające jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?
2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 20 – „Zestawy do PTCA w ostrych zespołach wieńcowych.” w punkcie nr 3” Cewniki balonowe** dopuści do zaoferowania cewniki balonowe o poniższych parametrach

Typ semi-compliant

- proximal shaft = 2,1F – dla wszystkich rozmiarów, oraz distal shaft = 2,5F dla rozmiarów 1,25 do 3,5 mm, oraz 2,7F dla rozmiarów od 3,75 do 4,0 mm
- crossing profile: 0,020” dla rozmiaru 1,25 mm; 0,022” dla rozmiaru 1,5 mm, oraz 0,024” dla rozmiaru 3,0 mm

Typ non-compliant

- dostępne długości balonu: **6; 8, 12, 15, 20, 27 mm**
- ciśnienie nominalne - 12 atm. w całym zakresie rozmiarów
- RBP - 20 atm. w całym zakresie rozmiarów
- Distal shaft = 2,5F, proximal shaft = 2,1F dla balonu o średnicy 3,0 mm
- profil przejścia (dla balonu 3,00 mm) = 0,024”
- profil końcówki atakującej 0,015”, oraz spełniające jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Odpowiedzi: TAK

Z poważaniem

Dariusz Bierła – Dyrektor