

Ostrów Wielkopolski dn., 25.03.2016 r.

**Otrzymują:**

- wykonawcy
- strona internetowa [www.szpital.osw.pl](http://www.szpital.osw.pl)

**Znak sprawy FDZP.226.09.2016**

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki**

W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. (dotyczy pakietu 11)

Prosimy o możliwość zaoferowania balonów do kontrapulsacji z czujnikiem światłowodowym, produkcji Datascope (w pełni kompatybilnych z posiadaną przez zamawiającego pompą Datascope CS300), w rozmiarach 40cc i 50cc (rozmiary odpowiednio 7,5 i 8,0Fr). Oferowane rozmiary odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego rozmiarom 30 i 40cc po względem zakresu wzrostu pacjenta, a są przy tym balonami o zwiększonej wydajności terapeutycznej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

Z poważaniem

Dyrektor ZZOZ  
Dariusz Bierła