

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski dnia 09.01.2019 r.

WYNIK WYBORU OFERT - informacja dotyczy: pakietu nr 8

złożonych w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim". Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.) Zamawiający informuje, iż :

*Numer pakietu *wartość przeznaczona na realizację zamówienia	Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto=60% Termin dostawy=20% Okres gwarancji=20%	Wynik wyboru
<p>Pakiet nr 8 - aparat USG 76 138,70 zł</p>	<p>OFERTA nr 03 Quantel Medical Polska Sp. z o.o. ul. Rtm.Witolda Pileckiego 67/P.II 02 – 785 Warszawa</p>	<p>36 234,00=54,49 pkt. 20 dni=20,00 pkt. 36 m-cy= 5 ,00 pkt. łącznie = 79,49 pkt.</p>	<p>Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający odrzuca ofertę nr 03 , gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tzn. nie spełnia wymogów technicznych postawionych w załączniku nr 1A:</p> <p>- w pkt.II.2 – Zamawiający dopuścił odpowiedź na pytanie sondę 10MHz, ale nie zmienił wymagań wobec parametrów sondy takich jak: rozdzielczość osiowa-0,12mm, rozdzielczość poprzeczna – 0,3mm oraz kąt skanowania-min.55 stopni. Zaoferowane wartości (rozdzielczość osiowa -0,2, rozdzielczość poprzeczna-0,6mm, kąt skanowania-50 stopni są znacząco gorsze od stawianych wymagań. Oferowana sonda posiada rozdzielczość niemal dwukrotnie gorszą niż wymagana.</p> <p>- w pkt. II.6 – oferowane urządzenie nie spełnia wymogu w zakresie regulacji energii transmitowanej z sondy B w trakcie badania</p>

oznaczenie sprawy **FDZP.226.45.2018**

	<p><u>OFERTA nr 04</u> ECHO – SON S.A. ul. Krańcowa 5 24 - 100 Puławy</p>	<p>36 234,00=60,00 pkt. 7 dni=20,00 pkt. 36 m-cy= 5,00 pkt. łącznie =85,00 pkt.,</p>	<p>Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający odrzuca ofertę nr 04 , gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w dniu 09.11.2018r. Udzielił odpowiedzi na zadane przez uczestników postępowania i zmodyfikował treść załącznika nr 1A. Informacje te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i są wiążące z chwilą ich upublicznienia. Wykonawca nie zastosował zmodyfikowanego załącznika nr 1A, zatem złożył ofertą niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.</p>
	<p><u>OFERTA nr 07</u> Consultronix Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 17 32 – 083 Balice</p>	<p>94 999,00=22,88 pkt. 30 dni = 10,00 pkt. 36 m-cy 5,00 pkt. łącznie =37,88 pkt.</p>	<p>UNIEWAŻNIENIE na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 Cena oferty nr 07 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć te kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty , która nie podlega odrzuceniu.</p>

Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania w zakresie ww. pakietu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękuję za złożone oferty.

/podpisano
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Dariusz Bierła/