

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek obserwacyjnych , IOM i ortopedycznych z szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Znak sprawy: FDZP.226.39.2020

Zgodnie z **art. 86 ust. 5** Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Do niniejszego postępowania w terminie (do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10:00) wpłynęła **jedna oferta**, a mianowicie:

- 1) Konkret Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno.

Wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: **brutto 461 176,75 zł** w tym dla poszczególnych pakietów:

NUMER CZĘŚCI	NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA	KWOTA BRUTTO PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE
1	Łóżka szpitalne obserwacyjne oraz IOM z szafkami przyłóżkowymi 32 komplety	383 155,31 zł
2	Łóżka szpitalne ortopedyczne z szafkami przyłóżkowymi 5 kompletów	78 021,44 zł

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30.

Termin realizacji zamówienia i zapłaty zgodnie z SIWZ.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

PAKIET nr 1: Łóżka szpitalne obserwacyjne oraz IOM z szafkami przyłóżkowymi 32 komplety

1. **Konkret Sp. z o.o. Sp..k., ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno (oferta nr 1):**

Cena netto: 331 212,00 zł

Cena brutto: 357 708,96 zł

Okres zaoferowanej gwarancji: 36 miesięcy

Oferowane parametry techniczne:

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Z możliwością zablokowania	Bez możliwości zablokowania
Łóżka szpitalne obserwacyjne	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością lub bez możliwości zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane (pkt 17 zał. nr 1A do siwz)	x	

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Ochrona mechaniczna	Ochrona elektroniczna
Łóżka szpitalne obserwacyjne	System ochrony mechaniczny lub elektroniczny przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia (pkt 27 zał. nr 1A do siwz)		x

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Brak funkcji	Funkcja dostępna
Łóżka szpitalne intensywnej opieki medycznej	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) (pkt. 64 zał. nr 1A do siwz)		x

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Ochrona mechaniczna	Ochrona elektroniczna
Łóżka szpitalne intensywnej opieki medycznej	System ochrony mechaniczny lub elektroniczny przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego		x

	obciążenia (pkt 70 zał.nr 1A do siwz)		
--	---------------------------------------	--	--

PAKIET nr 2: Łóżka szpitalne ortopedyczne z szafkami przyłóżkowymi 5 kompletów

1. **Konkret Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno (oferta nr 1):**

Cena netto: 63 585,00 zł

Cena brutto: 68 671,80 zł

Okres zaoferowanej gwarancji: 36 miesięcy

Oferowane parametry techniczne:

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Z możliwością zablokowania	Bez możliwości zablokowania
Łóżka szpitalne ortopedyczne	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością lub bez możliwości zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.do wy wskaźnik zasilania. (pkt. 17 zał. nr 1A do siwz)	x	

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Obciążenie 230-249 kg	Obciążenie 250 kg i powyżej
Łóżka szpitalne ortopedyczne	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg. pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu_ medycznego. (pkt. 19 zał. nr 1A do siwz)		x

Przedmiot zamówienia	Wymagany parametr	Ochrona mechaniczna	Ochrona elektroniczna
Łóżka szpitalne ortopedyczne	System ochrony mechaniczny lub elektroniczny przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia (pkt. 27 zał. nr 1A do siwz)		x

Z poważaniem

Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dariusz Bierła