

Ostrów Wielkopolski dnia 13.11.2018r.

Otrzymują:

- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Dotyczy:

postępowania pn."Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulityki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim „
oznaczenie sprawy: FDZP.226.45.2018.

Działając na podstawie art.38 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi, zadanych do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 8 - Aparat USG wymagania szczegółowe.

- *Możliwość wykonywania pomiarów odległości oraz kąta na obrazie B-scan, oraz pomiarów odległości na prezentacji A, będącej składową obrazu B-Scan (możliwość wyboru linii A-scan z przekroju B)? **Odpowiedź: TAK – dopuszcza***

Pytanie nr 2

2. Parametry techniczne, dotyczy pakietu nr 4

- pkt 21 parametru technicznego

*Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez wyświetlacza LCD informującego operatora o aktualnych ustawieniach mikroskopu? **Odpowiedź: TAK***

- pkt 26 parametru technicznego

Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez telewizora ściennego min. 37 cali oraz monitora min. 22 cale w standardzie medycznym, montowany na dodatkowym ramieniu mikroskopu?

Odpowiedź: Dopuszcza mikroskop bez monitora ściennego min. 37 cali, wymaga monitora w standardzie medycznym min. 22 cale, montowanego na dodatkowym ramieniu mikroskopu.

3. Parametry techniczne, dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający wymaga posiadania przez urządzenie możliwości podłączenia do sieci

*lokalnej, umożliwiając przesyłanie danych do ich wykorzystania przez dedykowany dla urządzenia program? **Odpowiedź: TAK***

/podpis

Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp

Dariusz Bierla/