

Ostrów Wielkopolski, dn. 29.11.2017 r.

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- tablica ogłoszeń

Znak sprawy FDZP.226.30.2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii i Poradni Kardiologii Dziecięcej (liczba zadań – 10 pakietów)

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 10- aparat USG dla Poradni Kardiologii Dziecięcej.

Niniejszym informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w pakiecie nr 10, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póź. zmianami/), albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający na pytanie Wykonawcy:

„Zważywszy na wymóg mikro-sektorowej głowicy do kardiologicznych badań neonatologicznych, w której istotną kwestię stanowi rozmiar czola głowicy, prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego wymaganego maksymalnego rozmiaru czola głowicy?”,
odpowiedział:

„Zamawiający dopuszcza maksymalny rozmiar głowicy 10 mm.”

Odpowiedź jest nieprecyzyjna, nie wskazuje czy podany rozmiar głowicy 10 mm. dotyczy szerokości czy długości czola głowicy, co powoduje, że rozstrzygnięcie postępowania w pakiecie nr 10 jest niemożliwe.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła